

Certificado de Calibração Famabras nº T1-58124/ 2024

FL.1/1

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a
ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0376

Solicitação

Cliente: Famabras Ind De Aps De Medicao Ltda
Endereço: Rua Do Aco, 658 - Corredor - Itaquaquecetuba - SP
Solicitante: O Mesmo
Endereço: O Mesmo

Descrição do instrumento

Instrumento: Manômetro de Teste
Fabricante: Famabras Industria de Aparelhos de Medição Ltda
Modelo: FPI-160/1
Faixa de Indicação: 0/500 kgf/cm²
Faixa Calibrada: 0/500 kgf/cm²

Número de Identificação: PL-22
Número de Série: Não Consta

Valor de Uma Divisão: 1 kgf/cm²

Padrão utilizado

Balança de Pressão
PM-03 com incerteza de $\pm 0,012\%$ conforme certificado nº BAL.2143/22
O padrão foi calibrado pelo laboratório de pressão ABSI, laboratório acreditado pela CGCRE sob nºCAL 0056

Próxima calibração do padrão utilizado: 16/08/2025

Procedimento

A calibração foi realizada com o instrumento na sua posição de utilização a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 20\%$ e aceleração da gravidade local de $9,7863171\text{m/s}^2$. O instrumento permaneceu sobre pressão máxima de aproximadamente 1 minuto para estabilização do sistema de calibração conforme nosso procedimento de calibração: ROF-21(Ed.2 rev.8).

Incerteza da medição

- 1) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 2) O resultado apresentado em (%) declarado em cada ponto é calculado em função do valor do fundo de escala do instrumento em teste.
- 3) A validade de calibração do instrumento deve ser estabelecida pelo usuário em um plano de calibração descrito no sistema da qualidade de acordo com a norma NBR ISO 10.012.
- 4) O instrumento foi calibrado sem preenchimento interno.

Resultado apresentado pelo instrumento

Pressão Indicada Unidades	Leitura no padrão de referência													
	Instrumento		Primeiro Ciclo				Segundo Ciclo				Desvio		Incerteza	
	SI MPa	kgf/cm ²	Carrego kgf/cm ²	Descarrego kgf/cm ²	Carrego kgf/cm ²	Descarrego kgf/cm ²	Carrego kgf/cm ²	Descarrego kgf/cm ²	kgf/cm ²	%	kgf/cm ²	%		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1,961	20	20,2	20,0	20,2	20,0	20,2	20,0	-0,2	0,04	0,3	0,06			
5,884	60	60,2	60,1	60,2	60,1	60,2	60,1	-0,2	0,04	0,3	0,06			
9,807	100	100,3	100,1	100,3	100,1	100,3	100,1	-0,3	0,06	0,3	0,06			
13,729	140	140,2	140,0	140,2	140,0	140,2	140,0	-0,2	0,04	0,3	0,06			
19,613	200	200,3	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	-0,3	0,06	0,3	0,06			
25,497	260	260,2	260,0	260,1	260,0	260,1	260,0	-0,2	0,04	0,3	0,06			
31,381	320	320,3	320,1	320,2	320,1	320,2	320,1	-0,3	0,06	0,3	0,06			
37,265	380	380,3	380,1	380,2	380,1	380,2	380,1	-0,3	0,06	0,3	0,06			
43,149	440	440,3	440,1	440,2	440,1	440,2	440,1	-0,3	0,06	0,3	0,06			
49,033	500	500,3	500,3	500,2	500,2	500,2	500,2	-0,3	0,06	0,3	0,06			

Obs.: 1 MPa = 10,19716 kgf/cm²

Características metrológicas apresentadas pelo instrumento em relação a amplitude da faixa de indicação (%)

Erro Fiducial:	0,06	%	Repetibilidade:	0,02	%	Inc. Curva	0,06%	-0,091382 Y
Incerteza:	0,06	%	Histerese:	0,04	%			0,999744 X

Pedido de serviço: SC-10022

Calibrado em: 03/12/2024

Emitido em: 03/12/2024

Marcos D. Camargo
Signatário Avaliado

Laboratório Famabras
Os resultados deste certificado de calibração foram analisados por:
Marcos D. Camargo
Os resultados apresentados encontram-se:
APROVADOS
03 / 12 / 2024

Doc.21 Rev.01

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medidas. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende da prévia autorização da **FAMABRAS**. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.