



ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.

Soluções em Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 245430/24
ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Fl. 1/2

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

DATA DA CALIBRAÇÃO: 10/12/2024

DATA DA EMISSÃO DO CERTIFICADO: 10/12/2024

CLIENTE: FAMABRAS IND.DE APAR. DE MED.LTDA

ENDERECO: RUA DO AÇO 658 - ITAQUAQUECETUBA/SP

SOLICITANTE: O MESMO

ENDERECO: O MESMO

INSTRUMENTO: MANÔMETRO DIGITAL

MODELO: PC-507-4-3-C-7-M-10-M-12-M

Nº DE SÉRIE: 179.11.17

Nº DE IDENTIFICAÇÃO: PL20 - C2

ORDEM DE SERVIÇO: 4490-24

PROCEDIMENTO: ABSI - PSG - 005 (Rev.1);

PADRÓES UTILIZADOS: Balança de Pressão/Vacuo BAL - 2164/23 - ABSI (Validade 09/2028), com incerteza de $\pm 0,014\%$.
Balança de Pressão BAL - 2097/21 - ABSI Service (Validade 06/2026), com incerteza de $\pm 0,011\%$.CONDIÇÕES AMBIENTAIS: A calibração foi realizada nas instalações da ABSI com o instrumento na sua posição de utilização a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50\% \pm 20\%$ e gravidade local de $9,7864384 \text{ m/s}^2$. O instrumento permaneceu sobre pressão máxima de aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.

FABRICANTE: PRESYS

FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 a 500 psi

FAIXA CALIBRADA: 0 a 500 psi

VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,01 psi

FAMABRAS

Indústria de aparelhos de medição LTDA.

PRESSÃO DE REFERÊNCIA UNIDADES		PRESSÃO INDICADA psi			
SI MPa	INSTR. psi	PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	5,00	4,98	5,00	4,99	5,00
0,21	30,00	29,98	30,00	29,99	30,00
0,34	50,00	49,98	49,99	49,98	49,99
0,69	100,00	99,98	99,99	99,98	99,99
1,03	150,00	149,99	149,99	149,99	150,00
1,38	200,00	199,99	200,00	199,99	200,00
1,72	250,00	250,00	250,01	250,00	250,01
2,07	300,00	300,02	300,03	300,02	300,03
2,76	400,00	400,04	400,05	400,04	400,05
3,45	500,00	500,01	500,01	500,02	500,02

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO A AMPLITUDE DA FAIXA DE CALIBRAÇÃO: (%)

INCERTEZA DE MEDIÇÃO: 0,02 REPETIBILIDADE: 0,002

ERRO FIDUCIAL (ÍNDICE DA CLASSE): + 0,01 HISTERESE: 0,004

INCERTEZA DA CURVA: 0,004778 (psi)

CURVA DE CALIBRAÇÃO: $Y = 0,012338 + 0,999915 \cdot X$

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO: 1,000000

Laboratório Famabras
Os resultados deste certificado de calibração foram analisados por:

Marcos D. Camargo

Os resultados apresentados encontram-se:

APROVADOS17 / 12 / 2024Alessandro de Souza
Gerente Técnico do LaboratórioAprovado digitalmente através da senha
do usuário dia 10/12/2024 às 17:29hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: absi@absi.com.br - Home Page: www.absi.com.br



ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.

Soluções em Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 245430/24

ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

Fl. 2/2



OBSERVAÇÃO:

- 1) 1 MPa = $1,450377 \times 10^2$ psi (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)
- 2) A validade do ensaio do instrumento deve ser estabelecida pelo usuário em plano de calibração descrito no sistema da qualidade de acordo com a norma NBR ISO 10.012 2004.
- 3) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A Incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 4) Pressão atmosférica em 10/12/2024 = 927,00 mbar

FAMABRAS

Indústria de aparelhos de medição LTDA.

Alessandro de Souza
Gerente Técnico do Laboratório

Aprovado digitalmente através da senha
do usuário dia 10/12/2024 às 17:29hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: absi@absi.com.br - Home Page: www.absi.com.br