

Certificado de Calibração Famabras nº T1-58117/ 2024

FL.1/1

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a
ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0376

Solicitação

Cliente: Famabras Ind De Aps De Medicao Ltda
Endereço: Rua Do Aco, 658 - Corredor - Itaquaquecetuba - SP
Solicitante: O Mesmo
Endereço: O Mesmo

Descrição do instrumento

Instrumento: Manômetro de Teste
Fabricante: Famabras Industria de Aparelhos de Medição Ltda
Modelo: FPI-160/1
Faixa de Indicação: 0/80 kgf/cm²
Faixa Calibrada: 0/80 kgf/cm²

Número de Identificação: PL-14
Número de Série: Não Consta
Valor de Uma Divisão: 0,2 kgf/cm²

Padrão utilizado

Manômetro Digital
PL-28 com incerteza de $\pm 0,02\%$ conforme certificado nº LP-25943/2024
O padrão foi calibrado pelo laboratório de pressão ZURICH, laboratório acreditado pela CGCRE sob nºCAL 0561

Próxima calibração do padrão utilizado: 11/04/2025

Procedimento

A calibração foi realizada com o instrumento na sua posição de utilização a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 20\%$ e aceleração da gravidade local de $9,7863171\text{m/s}^2$. O instrumento permaneceu sobre pressão máxima de aproximadamente 1 minuto para estabilização do sistema de calibração conforme nosso procedimento de calibração: ROF-21(Ed.2 rev.8).

Incerteza da medição

- 1) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 2) O resultado apresentado em (%) declarado em cada ponto é calculado em função do valor do fundo de escala do instrumento em teste.
- 3) A validade de calibração do instrumento deve ser estabelecida pelo usuário em um plano de calibração descrito no sistema da qualidade de acordo com a norma NBR ISO 10.012.
- 4) **O instrumento foi calibrado sem preenchimento interno.**

Resultado apresentado pelo instrumento

Pressão Indicada Unidades	Leitura no padrão de referência													
	Instrumento		Primeiro Ciclo				Segundo Ciclo				Desvio		Incerteza	
	SI MPa	kgf/cm ²	Carrego kgf/cm ²	Descarrego kgf/cm ²	Carrego kgf/cm ²	Descarrego kgf/cm ²	Carrego kgf/cm ²	Descarrego kgf/cm ²	kgf/cm ²	%	kgf/cm ²	%		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0,490	5	5,06	5,02	5,06	5,02	5,06	5,02	-0,06	0,07	0,06	0,08			
0,981	10	10,07	10,04	10,06	10,04	10,06	10,04	-0,07	0,09	0,06	0,08			
1,471	15	15,07	15,04	15,05	15,04	15,05	15,04	-0,07	0,09	0,06	0,08			
1,961	20	20,08	20,04	20,06	20,04	20,06	20,04	-0,08	0,1	0,06	0,08			
2,942	30	30,08	30,04	30,08	30,04	30,08	30,04	-0,08	0,1	0,06	0,08			
3,923	40	40,07	40,02	40,07	40,02	40,07	40,02	-0,07	0,09	0,06	0,08			
4,903	50	50,06	50,03	50,06	50,03	50,06	50,03	-0,06	0,08	0,06	0,08			
5,884	60	60,05	60,04	60,05	60,04	60,05	60,04	-0,05	0,06	0,05	0,06			
6,865	70	70,07	70,05	70,06	70,05	70,06	70,05	-0,07	0,09	0,05	0,06			
7,845	80	80,07	80,07	80,06	80,06	80,06	80,06	-0,07	0,09	0,05	0,06			

Obs.: 1 MPa = 10,19716 kgf/cm²

Características metrológicas apresentadas pelo instrumento em relação a amplitude da faixa de indicação (%)

Erro Fiducial:	0,1	%	Repetibilidade:	0,02	%	Inc. Curva	0,09%	-0,035034	Y
Incerteza:	0,08	%	Histerese:	0,06	%			0,999659	X

Pedido de serviço: SC-10014

Calibrado em: 03/12/2024

Emitido em: 03/12/2024

Marcos D. Camargo
Signatário Avaliado

Laboratório Famabras
Os resultados deste certificado de
calibração foram analisados por:
Marcos D. Camargo
Os resultados apresentados encontram-se:
APROVADOS
03 / 12 / 2024

Doc.21 Rev.01

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medidas. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende da prévia autorização da **FAMABRAS**. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.